

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00021/2025 – AQUISICAO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE**

10º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS

EMPRESA: Dental Alta Mogiana Com. Produtos Odontológicos Ltda. CNPJ: 05.375.249/0001-03		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0082 – FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DE LED POTENCIA A PARTIR DE 1000MW/CM2; COMPRIMENTOS DE ONDA MINIMA DE 405 A 500NM; 3 MODOS DE OPERACAO (CONTINUO, PULSADO E RAMP); PONTEIRA DE FIBRA OTICA 100% COERENTE E AUTOCLAVAVEL; PROTETOR DE RADIACAO LUMINOSA EM ACRILICO POLARIZADO; FONTE DE ALIMENTACAO 110/220V, 50 A 60HZ; SEM FIO; CORPO E BASE CARREGADORAS INJETADAS EM ABS, COM OPCAO DE DESCANSO DO APLICADOR; CONTROLE DO TEMPO DE APLICACAO PROGRAMAVEL ENTRE 5 A 40S INDIVIDUALMENTE POR MODO TIMER DIGITAL; GARANTIA 12 MESES; REGISTRO NA ANVISA. Justificativa: o produto apresentado não possui comprimentos de onda mínima de 405 a 500nm. Possui comprimento de onda de 420 à 480nm.	DABI ATLANTE ALLIAGE ORBIS	REPROVADA

09 de julho de 2025, Venda Nova do Imigrante/ES

Dra. Miriam Falqueto Duarte
Cirurgiã-dentista