

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00021/2025 – AQUISICAO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE****2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

EMPRESA: FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA CNPJ: 22.716.553/0001-88		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0011 – AVENTAL DE BORRACHA PLUMBIFERA COM PROTETOR DE TIREOIDE – ADULTO BORRACHA PLUMBIFERA COM PROTECAO EQUIVALENTE A 0,25MM PB DE CHUMBO; COM AJUSTE DE VELCRO NO PESCOCO; PROTETOR DE TIREOIDE E AVENTAL INTEGRADOS; TAMANHO ADULTO; MEDIDAS MINIMAS DE 0,75X0,60M; CERTIFICACAO CA. Justificativa: Justificativa: o produto atende às especificações do edital.	NMARTINS	APROVADA
LOTE 0012 – AVENTAL DE BORRACHA PLUMBIFERA COM PROTETOR DE TIREOIDE – INFANTIL BORRACHA PLUMBIFERA COM PROTECAO EQUIVALENTE A 0,25MM PB DE CHUMBO; COM AJUSTE DE VELCRO NO PESCOCO; PROTETOR DE TIREOIDE E AVENTAL INTEGRADOS; TAMANHO INFANTIL; MEDIDAS MINIMAS DE 0,60X0,50M; CERTIFICACAO CA. Justificativa: Justificativa: o produto atende às especificações do edital.	NMARTINS	APROVADA

EMPRESA: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 54.322.844/0001-88		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0009 – APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO PROJETADO PARA A REMOCAO DO BIOFILME MINERALIZADO E DO BIOFILME NAO MINERALIZADO; CHAVE SELETORA DE POTENCIA PERMITE AO OPERADOR AJUSTAR RAPIDAMENTE A POTENCIA DO APARELHO (3 POSICOES); VALVULA REGULADORA PROPORCIONA PRESSAO DE AR ESTABILIZADA E ADEQUADA PARA A REMOCAO DO BIOFILME; 4 NIVEIS DE ROTACAO DA BOMBA PERISTALTICA; PERMITE A VAZAO ADEQUADA DO LIQUIDO PARA CADA TRATAMENTO; NANOTECNOLOGIA; EXCLUSIVO SISTEMA DE CAPAS AUTOCLAVAVEIS PARA O TRANSDUTOR QUE PROPORCIONA AUMENTO NA VIDA UTIL DA PECA DE MAO; BOMBA PERISTALTICA E RESERVATORIO DE LIQUIDO IRRIGANTE ACOPLADO QUE POSSIBILITA O USO DE LIQUIDOS ANTISSEPTICOS OU DESINFETANTES PARA A IRRIGACAO, GARANTINDO UM MELHOR POSOPERATORIO; 99 A 242V; 24	ALT JETCERAMIC	REPROVADA

M. M. M. M.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00021/2025 – AQUISICAO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE****2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

A 30KHZ. 36W ESCALA INTERNA APROXIMADA: -10°C +50°C; ESCALA EXTERNA APROXIMADA: -50°C A +70°C; RESOLUCAO: 0,1°C; ALIMENTACAO: PILHA. CERTIFICADO DE CALIBRACAO COM RASTREABILIDADE RBC/INMETRO. Justificativa: o produto não atende às especificações do edital pois não possui potência mínima de 36w, não cita se vem com bomba peristáltica e nem cita os níveis de rotação da bomba peristáltica, ausência de informações de potência do aparelho.		
--	--	--

**EMPRESA: EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24**

Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0082 – FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DE LED POTENCIA A PARTIR DE 1000MW/CM2; COMPRIMENTOS DE ONDA MINIMA DE 405 A 500NM; 3 MODOS DE OPERACAO (CONTINUO, PULSADO E RAMPA); PONTEIRA DE FIBRA OTICA 100% COERENTE E AUTOCLAVAVEL; PROTETOR DE RADIACAO LUMINOSA EM ACRILICO POLARIZADO; FONTE DE ALIMENTACAO 110/220V, 50 A 60HZ; SEM FIO; CORPO E BASE CARREGADORAS INJETADAS EM ABS, COM OPCA O DE DESCANSO DO APLICADOR; CONTROLE DO TEMPO DE APLICACAO PROGRAMAVEL ENTRE 5 A 40S INDIVIDUALMENTE POR MODO TIMER DIGITAL; GARANTIA 12 MESES; REGISTRO NA ANVISA. Justificativa: o produto apresentado não tem comprimentos de onda mínima de 405 a 500nm. Possui comprimentos de onda de 450 a 500nm.	NEW BLUESTAR MICRODONT	REPROVADA

30 de junho de 2025, Venda Nova do Imigrante/ES


Dra. Miriam Falqueto Duarte
Cirurgiã-dentista