

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00021/2025 – AQUISICAO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE**

3º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS

EMPRESA: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 39.346.590/0001-44

Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0009 – APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO PROJETADO PARA A REMOCAO DO BIOFILME MINERALIZADO E DO BIOFILME NAO MINERALIZADO; CHAVE SELETORA DE POTENCIA PERMITE AO OPERADOR AJUSTAR RAPIDAMENTE A POTENCIA DO APARELHO (3 POSICOES); VALVULA REGULADORA PROPORCIONA PRESSAO DE AR ESTABILIZADA E ADEQUADA PARA A REMOCAO DO BIOFILME; 4 NIVEIS DE ROTACAO DA BOMBA PERISTALTICA: PERMITE A VAZAO ADEQUADA DO LIQUIDO PARA CADA TRATAMENTO; NANOTECNOLOGIA; EXCLUSIVO SISTEMA DE CAPAS AUTOCLAVAVEIS PARA O TRANSDUTOR QUE PROPORCIONA AUMENTO NA VIDA UTIL DA PECA DE MAO; BOMBA PERISTALTICA E RESERVATORIO DE LIQUIDO IRRIGANTE ACOPLADO QUE POSSIBILITA O USO DE LIQUIDOS ANTISSEPTICOS OU DESINFETANTES PARA A IRRIGACAO, GARANTINDO UM MELHOR POSOPERATORIO; 99 A 242V; 24 A 30KHZ. 36W ESCALA INTERNA APROXIMADA: -10°C +50°C; ESCALA EXTERNA APROXIMADA: -50°C A +70°C; RESOLUCAO: 0,1°C; ALIMENTACAO: PILHA. CERTIFICADO DE CALIBRACAO COM RASTREABILIDADE RBC/INMETRO. Justificativa: Modelo apresentado na Proposta de Preços “scalerjet”, bem como o prospecto apresentado, não informam se o equipamento possui bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante. Não apresentou registro na ANVISA do produto e nem outros documentos como manual do usuário ou catálogo detalhado com informações importantes do aparelho, como potência, funções, dentre outras características do produto.	KONDENTECH/ SCALERJET	REPROVADA

EMPRESA: DENTAL PREMIUM LTDA
CNPJ:35.215.257/0001-45

Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0082 – FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DE LED POTENCIA A PARTIR DE 1000MW/CM2; COMPRIMENTOS DE ONDA MINIMA DE 405 A 500NM; 3 MODOS DE OPERACAO (CONTINUO, PULSADO E RAMPa); PONTEIRA DE FIBRA OTICA 100% COERENTE E AUTOCLAVAVEL; PROTETOR DE	BIOTRON / BIOTRON	REPROVADA

M. Duarte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00021/2025 – AQUISICAO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE**

3º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS

RADIAÇÃO LUMINOSA EM ACRÍLICO POLARIZADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110/220V, 50 A 60HZ; SEM FIO; CORPO E BASE CARREGADORAS INJETADAS EM ABS, COM OPÇÃO DE DESCANSO DO APLICADOR; CONTROLE DO TEMPO DE APLICAÇÃO PROGRAMÁVEL ENTRE 5 A 40S INDIVIDUALMENTE POR MODO TIMER DIGITAL; GARANTIA 12 MESES; REGISTRO NA ANVISA. Justificativa: o produto apresentado não tem comprimentos de onda mínima de 405 a 500nm. Possui comprimento de onda de 420 a 480nm.		
---	--	--

02 de julho de 2025, Venda Nova do Imigrante/ES

Dra. Miriam Falqueto Duarte
Cirurgiã-dentista