

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00021/2025 – AQUISICAO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE****4º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

EMPRESA: DENTAL PREMIUM LTDA CNPJ: 35.215.257/0001-45		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0009 – APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO PROJETADO PARA A REMOCAO DO BIOFILME MINERALIZADO E DO BIOFILME NAO MINERALIZADO; CHAVE SELETORA DE POTENCIA PERMITE AO OPERADOR AJUSTAR RAPIDAMENTE A POTENCIA DO APARELHO (3 POSICOES); VALVULA REGULADORA PROPORCIONA PRESSAO DE AR ESTABILIZADA E ADEQUADA PARA A REMOCAO DO BIOFILME; 4 NIVEIS DE ROTACAO DA BOMBA PERISTALTICA: PERMITE A VAZAO ADEQUADA DO LIQUIDO PARA CADA TRATAMENTO; NANOTECNOLOGIA; EXCLUSIVO SISTEMA DE CAPAS AUTOCLAVAVEIS PARA O TRANSDUTOR QUE PROPORCIONA AUMENTO NA VIDA UTIL DA PECA DE MAO; BOMBA PERISTALTICA E RESERVATORIO DE LIQUIDO IRRIGANTE ACOPLADO QUE POSSIBILITA O USO DE LIQUIDOS ANTISSEPTICOS OU DESINFETANTES PARA A IRRIGACAO, GARANTINDO UM MELHOR POSOPERATORIO; 99 A 242V; 24 A 30KHZ. 36W Justificativa: Modelo apresentado na Proposta de Preços, bem como o prospecto apresentado “scaler jet”, não informam se o equipamento possui bomba peristáltica e nem seus níveis de rotação.	KONDENTECH/ KONDENTECH	REPROVADA

EMPRESA: FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA CNPJ: 22.716.553/0001-88		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0082 – FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DE LED POTENCIA A PARTIR DE 1000MW/CM2; COMPRIMENTOS DE ONDA MINIMA DE 405 A 500NM; 3 MODOS DE OPERACAO (CONTINUO, PÚLSADO E RAMP A); PONTEIRA DE FIBRA OTICA 100% COERENTE E AUTOCLAVAVEL; PROTETOR DE RADIACAO LUMINOSA EM ACRILICO POLARIZADO; FONTE DE ALIMENTACAO 110/220V, 50 A 60HZ; SEM FIO; CORPO E BASE CARREGADORAS INJETADAS EM ABS, COM OPCAO DE DESCANSO DO APLICADOR; CONTROLE DO TEMPO DE APLICACAO PROGRAMAVEL ENTRE 5 A 40S INDIVIDUALMENTE POR MODO TIMER DIGITAL; GARANTIA	SCHUSTER / EMITER G	REPROVADA

M. Mark

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00021/2025 – AQUISICAO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE**

4º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS

<p>12 MESES; REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>Justificativa: o produto apresentado não tem comprimentos de onda mínima de 405 a 500nm. Possui comprimento de onda de 420 à 480nm.</p>		
--	--	--

02 de julho de 2025, Venda Nova do Imigrante/ES

Miriam Falqueto Duarte

Dra. Miriam Falqueto Duarte
Cirurgiã-dentista