

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00021/2025 – AQUISICAO DE MATERIAIS E  
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE****5º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

<b>EMPRESA: FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA CNPJ: 22.716.553/0001-88</b>		
<b>Lote</b>	<b>Marca</b>	<b>Resultado da Análise</b>
<b>LOTE 0009</b> – APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO PROJETADO PARA A REMOCAO DO BIOFILME MINERALIZADO E DO BIOFILME NAO MINERALIZADO; CHAVE SELETORA DE POTENCIA PERMITE AO OPERADOR AJUSTAR RAPIDAMENTE A POTENCIA DO APARELHO (3 POSICOES); VALVULA REGULADORA PROPORCIONA PRESSAO DE AR ESTABILIZADA E ADEQUADA PARA A REMOCAO DO BIOFILME; 4 NIVEIS DE ROTACAO DA BOMBA PERISTALTICA: PERMITE A VAZAO ADEQUADA DO LIQUIDO PARA CADA TRATAMENTO; NANOTECNOLOGIA; EXCLUSIVO SISTEMA DE CAPAS AUTOCLAVAVEIS PARA O TRANSDUTOR QUE PROPORCIONA AUMENTO NA VIDA UTIL DA PECA DE MAO; BOMBA PERISTALTICA E RESERVATORIO DE LIQUIDO IRRIGANTE ACOPLADO QUE POSSIBILITA O USO DE LIQUIDOS ANTISSEPTICOS OU DESINFETANTES PARA A IRRIGACAO, GARANTINDO UM MELHOR POSOPERATORIO; 99 A 242V; 24 A 30KHZ. 36W  <b>Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.</b>	<b>PROFI NEO DABI ATLANTE</b>	<b>APROVADA</b>
<b>EMPRESA: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 54.322.844/0001-88</b>		
<b>Lote</b>	<b>Marca</b>	<b>Resultado da Análise</b>
<b>LOTE 0082</b> – FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DE LED POTENCIA A PARTIR DE 1000MW/CM2; COMPRIMENTOS DE ONDA MINIMA DE 405 A 500NM; 3 MODOS DE OPERACAO (CONTINUO, PULSADO E RAMP); PONTEIRA DE FIBRA OTICA 100% COERENTE E AUTOCLAVAVEL; PROTETOR DE RADIACAO LUMINOSA EM ACRILICO POLARIZADO; FONTE DE ALIMENTACAO 110/220V, 50 A 60HZ; SEM FIO; CORPO E BASE CARREGADORAS INJETADAS EM ABS, COM OPCAO DE DESCANSO DO APLICADOR; CONTROLE DO TEMPO DE APLICACAO PROGRAMAVEL ENTRE 5 A 40S INDIVIDUALMENTE POR MODO TIMER DIGITAL; GARANTIA 12 MESES; REGISTRO NA ANVISA.	<b>ALT LUX</b>	<b>REPROVADA</b>

*M. S. S. S.*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00021/2025 – AQUISICAO DE MATERIAIS E  
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE**

**5º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

Justificativa: o produto apresentado não tem comprimentos de onda mínima de 405 a 500nm. Possui comprimento de onda de 420 à 480nm.		
---	--	--

03 de julho de 2025, Venda Nova do Imigrante/ES

Miriam Falqueto Duarte  
Dra. Miriam Falqueto Duarte  
Cirurgiã-dentista