

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00021/2025 – AQUISICAO DE MATERIAIS E  
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE****6º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

<b>EMPRESA: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA EPP CNPJ: 54.860.907/0001-50</b>		
<b>Lote</b>	<b>Marca</b>	<b>Resultado da Análise</b>
<b>LOTE 0082 – FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DE LED POTENCIA A PARTIR DE 1000MW/CM2; COMPRIMENTOS DE ONDA MINIMA DE 405 A 500NM; 3 MODOS DE OPERACAO (CONTINUO, PULSADO E RAMP); PONTEIRA DE FIBRA OTICA 100% COERENTE E AUTOCLAVAVEL; PROTETOR DE RADIACAO LUMINOSA EM ACRILICO POLARIZADO; FONTE DE ALIMENTACAO 110/220V, 50 A 60HZ; SEM FIO; CORPO E BASE CARREGADORAS INJETADAS EM ABS, COM OPCAO DE DESCANSO DO APLICADOR; CONTROLE DO TEMPO DE APLICACAO PROGRAMAVEL ENTRE 5 A 40S INDIVIDUALMENTE POR MODO TIMER DIGITAL; GARANTIA 12 MESES; REGISTRO NA ANVISA.</b>  <b>Justificativa: o produto apresentado no catálogo e na Proposta Readequada trata-se do modelo PRIME LED, que não possui comprimentos de onda mínima de 405 a 500nm. Possui comprimento de onda de 420 à 480nm. O registro da ANVISA apresentado possui outros 03 (três) modelos (honor, nano e halo), mas não cita o PRIME LED, mesmo sendo o mesmo registro da ANVISA citado na proposta. Modelo reprovado por catálogo e Proposta Readequada.</b>	<b>DENTEMED PRIME LED</b>	<b>REPROVADA</b>

04 de julho de 2025, Venda Nova do Imigrante/ES

  
Dra. Miriam Falqueto Duarte  
Cirurgiã-dentista