

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2025 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBÍLIAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

EMPRESA: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 37.885.137/0001-80		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 035 – OXIMETRO DE PULSO PORTATIL OXIMETRO PORTATIL, SATURACAO PERIFERICA OXIGENIO, 110/220V, AUTONOMIA MINIMA DE 4H, SATURACAO 40 A 100%, 30 A 220BPM, DISPLAY LED OU CRISTAL. Justificativa: o produto apresentado não possui opção de energia 110/220V, não atinge 220BPM, ausência de informações de autonomia.	G-TECH / GP400	REPROVADA

EMPRESA: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 52.496.119/0001-09		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 004 – BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL PARA ADULTO ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO CARBONO, COM CAPACIDADE PARA 300KG, DIVISAO DE 50G, ALTURA DE 1,30M, TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA, REGUA ANTROPOMETRICA COM ESCALA ENTRE 1,00 E 2,00 M, CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110/220V, DSIPLAY DE 6 DIGITOS, FUNCAO TECLA TARA NO PAINEL TRASEIRO, PESO LIQUIDO 19,1KG.FONTE FULL RANGE 90 A 240 VAC; OPCIONAL DE SAIDA PARA IMPRESSORA; OPCIONAL DE SAIDA SERIAL. OPCIONAL DE ENTRADA P/BATERIA EXTERNA 12V. Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.	LIDER / P300C	APROVADA
LOTE 005 – BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL COM MODO DE OPERACAO DIGITAL PARA PESAGEM DE CRIANCAS ATE 02 ANOS DE IDADE; ESTRUTURA DE ACO COM PINTURA ANTICORROSIVA NA COR BRANCA E DE FACIL HIGIENIZACAO; DISPLAY DIGITAL COM NO MINIMO 05 DIGITOS; FUNCAO TARA NO PAINEL FRONTAL; CAPACIDADE MAXIMA DE PESAGEM DE 25KG; GRADUACAO DE NO MAXIMO 10G; PRATO EM FORMA DE CONCHA, EM POLIPROPILENO, RESISTENTE, HIGIENIZAVEL E ATOXICO; PES REGULAVEIS ANTIDERRAPANTES; TENSÃO: 110/BIVOLT; COM MANUAL DE INSTRUÇOES; REGISTRO IPEN/INMETRO; GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.	LIDER / LD230 BABY	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2025 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBÍLIAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

EMPRESA: BEST HYDRO COMERCIAL LTDA CNPJ: 52.919.905/0001-63		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 017 – COMPRESSOR DE AR USO PROFISSIONAL COMPRESSOR DE AR CONSTRUÍDO CONFORME A NR 13; USO PROFISSIONAL; COM POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR ELÉTRICO DE 2HP; COM RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 100 LITROS; TENSÃO 127/220V; DESLOCAMENTO TEÓRICO: L/MIN: 283 A 285, PES3/MIN: 10; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA: 140 PSI; NO MÍNIMO DOIS CILINDROS; ROTACÃO DA UNIDADE COMPRESSORA DE NO MÁXIMO 1000RPM; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; DEVERÁ SER EQUIPADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS, COMO MANÔMETROS, VÁLVULAS, FILTROS DE AR, PRESSOSTATO, DRENO, MANUAL DO USUÁRIO E CHAVE MAGNÉTICA COMPATÍVEL; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. Justificativa: o modelo apresentado não possui rotação da unidade compressora máxima de 1000RPM.	PRESSURE / STORM 300	REPROVADA
EMPRESA: D&D Empreendimentos Comerciais Ltda CNPJ: 07.994.516/0001-48		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 003 – ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS DE AÇO/FERRO PINTADO POSSUI LATERAIS E FRENTE DE VIDRO TRANSPARENTE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM; COM NO MÍNIMO 04 BANDEJAS EM VIDRO; COM PINTURA EPOXI BRANCA NA ESTRUTURA METÁLICA; TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 65 CM X COMPRIMENTO 40 CM X ALTURA 165 CM; GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.	HOSPITALAR E / HSP 1010	APROVADA
LOTE 008 – BRACADEIRA PARA INJEÇÃO ALTURA REGULÁVEL CONSTRUÍDA EM TUBOS DE 7/8 X 0,9MM; BASE EM QUADRIPE TUBULAR; HASTE EM INOX ¾ E APOIO DE BRACO EM CHAPA AÇO INOX 0,75MM; ALTURA MÍNIMA: 0,80M E MÁXIMA: 1,16M Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.	HOSPITALAR E / HSP 2007	APROVADA
LOTE 014 – CARRO DE CURATIVOS EM AÇO	HOSPITALAR	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2025 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBÍLIAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

INOXIDAVEL COM BALDE E BACIA Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.	E / HSP 2006	
LOTE 026 – MESA DE EXAMES MATERIAL DE CONFECCAO ACO CARBONO PINTADO/ACO INOX, CAPACIDADE MINIMA DE 150 KG, ESTRUTURA DE 02 GAVETAS Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.	HOSPITALAR E / HSP 1001	APROVADA
LOTE 027 – MESA DE EXAMES CLINICA PEDIATRICA COM ARMARIO E GAVETAS TIPO BALCAO; COM ESPACO PARA BALANCA PEDIATRICA; GABINETE/ARMARIO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 15MM DE ESPESSURA, DUPLA FACE, NA COR BRANCA, NO MINIMO DUAS PORTAS E TRES GAVETAS COM PUXADORES; LEITO: ACOLCHOADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM COURVIN NA COR BRANCA, AZUL CLARA OU VERDE CLARA; DIMENSOES TOTAIS MINIMAS: 1,60 X 0,55 X 0,80 M; GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.	HOSPITALAR E / HSP 3001	APROVADA
LOTE 028 – MESA DE EXAMES CLINICOS COM ARMARIO E GAVETAS GABINETE/ARMARIO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 15MM DE ESPESSURA, DUPLA FACE, NA COR BRANCA, NO MINIMO DUAS PORTAS E TRES GAVETAS; LEITO: ACOLCHOADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM COURVIN, CABECEIRA REGULAVEL; COM SUPORTE DE LENCOL DESCARTAVEL; DIMENSOES APROXIMADAS: 1.80M X 0,60M X 0,84; GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.	HOSPITALAR E / HSP 3001	APROVADA
LOTE 030 – MESA GINECOLOGICA SIMPLES MODELO STANDARD; ESTRUTURA TUBULAR EM ACO COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; COM GAVETA EM INOX PARA ESCOAMENTO; LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM COURVIN E ESPUMA DE ALTA RESISTENCIA; ACOMPANHA PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO E HASTE EM ACO CROMADO; DIMENSOES APROXIMADAS: 1,80M COMP. X 0,53M LARGURA X 0,86M DE ALTURA; REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA	HOSPITALAR E / HSP 1019	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2025 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBÍLIAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**

1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS

MINIMA DE 01 ANO.		
Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.		
LOTE 032 – NEGATOSCOPIO EM LED COM 02 CORPOS CONFECCIONADO EM ACO/FERRO PINTADO; TIPO DE PAREDE; PAINEL TRANSLUCIDO EM ACRILICO NA COR BRANCO LEITOSO; VOLTAGEM 127V/BIVOLT; ALTO BRILHO E AUSENCIA DE AREAS DE SOMBRA; REATOR ELETRONICO QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE A LAMPADA; CHAVE LIGA/DESLIGA: DUAS POSICOES; DIMENSOES EXTERNAS MINIMAS: 740 X 480 X 70 MM (C X A X L); GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.	HOSPITALAR E / HSP 1005	APROVADA
Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.		
LOTE 036 – POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL PARA DESCANSO ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO DE FORMATO ARRENDONDADO; RECLINAVEL ATRAVES DE SISTEMA DE ENGATE RAPIDO, COM RETORNO AUTOMATICO A POSICAO SENTADA; POSSUI NO MINIMO CINCO POSICOES DE RECLINACAO NO ENCOSTO E NO MINIMO QUATRO POSICOES NA PESEIRA; MOVIMENTOS SEPARADOS DO ENCOSTO E DO DESCANSA-PES, ACIONADOS POR ALAVANCAS LATERAIS, SENDO UMA PARA O ENCOSTO E OUTRA PARA A PESEIRA; ESTOFAMENTO ANATOMICO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO POR COURVIN; BRACOS ARTICULAVEIS ESTOFADOS QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINACAO DO LEITO; PES NIVELADORES EMBORRACHADOS; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO; ANGULOS MAXIMOS: ENCOSTO 155°, PESEIRA 90°; DIMENSOES MAXIMAS: PROF. TOTAL 1000MM X LARGURA TOTAL 795MM X ALTURA TOTAL 1200MM; PROFUNDIDADE MAXIMA TOTAL QUANDO RECLINADA 1680MM; DIMENSOES DO ASSENTO: ALTURA COM COLCHONETE APROX. 610MM; SEM COLCHONETE APROX. 510MM X LARGURA APROX. 525MM X COMP. APROX. 375MM; CARGA DE TRABALHO DE SEGURANCA: MINIMO 120 KG.	HOSPITALAR E / HSP 1023	APROVADA
Justificativa: Conforme DILIGÊNCIA, o produto apresentado atende às especificações do Edital.		

EMPRESA: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2025 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBÍLIAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

CNPJ: 54.322.844/0001-88		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 001 – ACESSORIO PARA BOMBA A VACUO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, KIT COM DOIS SUCTORES REMOVIVEIS, GIRATORIOS, AUTOCLAVAVEIS, COM REGULAGEM DE FLUXO, SISTEMA QUE PERMITE O ENCAIXE DAS PONTAS DE FORMA SEGURA, RAPIDA E PRECISA. FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS. PODE SER ACOPLADO EM COLUNAS DE REFLETORES OU CANTOS DE ARMARIOS, PINTURA NA COR GELO, RESISTENTE, TOTALMENTE ACOPLAVEL A MESA SUCTORA DO EQUIPAMENTO Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.	ALT / SUCTOR	APROVADA
LOTE 007 – BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA POTENCIA DE 1HP, PERMITINDO OPERAR ATE 2 CONSULTORIOS SIMULTANEAMENTE. POSSUI FILTRO DE DETRITOS QUE GARANTE MAIOR SEGURANCA, EVITANDO DESGASTE E TRAVAMENTOS, AUMENTANDO A VIDA UTIL DO EQUIPAMENTO. A CONTAMINACAO DO AMBIENTE E EVITADA GRACAS AO SISTEMA DE DESCARGA DIRETA NO ESGOTO.COMPACTA E SILENCIOSA, PARA SER INSTALADA AO LADO DO SEU CONSULTORIO.400 MM /HG0,400L /MIN Justificativa: o modelo apresentado não deixa claro se é utilizado em dois consultórios, não informa a capacidade de vazão de 400l/min.	ALT / THOR	REPROVADA
LOTE 020 – ELETROCARDIOGRAFO COM 12 CANAIS ELETROCARDIOGRAFO COM AQUISICAO SIMULTANEA DE 12 DERIVACOES; IMPRESSORA TERMICA DE ALTA RESOLUCAO INTEGRADA AO EQUIPAMENTO, PARA PAPEL TERMO-REATIVO NO FORMATO A4; MULTIPLOS FORMATOS DE IMPRESSAO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS E TODAS CONFIGURAVEIS PAR MELHOR LEGIBILIDADE GRAFICA; ALIMENTACAO AC 100 A 240V AUTOMATICO E ATRAVES D BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, COM AUTONOMIA APROXIMADA PARA 100 EXAMES; EQUIPAMENTO DEVE SER COMPACTO E DE FACIL MANUSEIO; TELA DE LCD PARA VISUALIZACAO DA SENSIBILIDADE, VELOCIDADE, FILTROS FREQUENCIA CARDIACA, FORMAS DE IMPRESSAO E DERIVACOES; TECLADO DE MEMBRANA ALFA NUMERICO PARA ACESSO RAPIDO DAS FUNCOES E ENTRADA DAS INFORMACOES DO PACIENTE COMO NOME, IDADE, SEXO, ALTURA, PESO; CIRCUITO DE PROTECAO CONTRA DESFIBRILADOR; DETECCAO DE ELETRODO	CONTEC / ECG	REPROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2025 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBÍLIAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

SOLTO; SOFTWARE INTERNO DE INTERPRETACAO AUTOMATICA DO ECG NA LINGUA PORTUGUESA E MEDIDA DA FREQUENCIA CARDIACA, INTERVALO PR, DURACAO DO QRS QT/QTc, EIXOS P-R-T; PORTA RS232 E PARA COMUNICACAO COM PC E LAN E POSSIBILITAR OS REGISTROS DE ECG VIA FAX; PERMITIR A VISUALIZACAO DOS EXAMES NO COMPUTADOR; DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSORIOS: 01 CABO DE ALIMENTACAO; 1 CABO PACIENTE DE 10 VIAS; 4 ELETRODOS DE MEMBROS TIPO CLIPE; 6 ELETRODOS PRECORDIAIS DE SUCCAO; 1 TUBO DE GEL PARA ELETRODOS; 1 ROLO DE PAPEL TERMO-REATIVO; 6 ELETRODOS PRECORDIAIS COM PERA ISENTA DE LATEX; SOFTWARE EM PORTUGUES E MANUAL DE INSTRUcoes EM PORTUGUES; DEVE APRESENTAR REGISTRO ANVISA; GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.		
Justificativa: o produto apresentado não possui papel de gravação no formato A4, conforme solicitado em Edital.		
LOTE 033 – OFTALMOSCOPIO COM BATERIA CONVENCIONAL E COMPOSICAO MINIMA DE 03 ABERTURAS E 19 LENTES	GOWLLANDS / 3008	APROVADA
Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.		

EMPRESA: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ: 54.647.123/0001-48		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 011 – CADEIRA ODONTOLOGICA CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO CONSULTORIO AMBIDESTRO E COM CAPACIDADE DE ELEVACAO DE ATE 200 KG; BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE E QUE DISPENSA FIXACAO NO PISO; ESTRUTURA CONSTRUIDA EM ACO MACICO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE; CAIXA DE LIGACAO INTEGRADA; BOTAO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA; BRACO DE APOIO PARA O PACIENTE REBATIVEL; SISTEMA DE ELEVACAO ELETROMECHANICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSAO COM 24 VOLTS; TENSAO DE ALIMENTACAO 127 OU 220V ~ 50/60HZ; ENCOSTO DE CABECA ANATOMICO, REMOVIVEL, BI-ARTICULAVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA	DENTEMED / PRIME ONE	REPROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2025 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBÍLIAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**

1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS

DE TRAVA POR ALAVANCA. EQUIPO ODONTOLOGICO ACOPLADO A CADEIRA, BRACO ARTICULAVEL COM MOVIMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, COM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO PNEUMATICO PARA OS MOVIMENTOS VERTICAIS, ACIONADO POR BOTAO LOCALIZADO NO CORPO DO EQUIPO; TER NO MINIMO 3 TERMINAIS (01 SERINGA TRIPLICE, 01 TERMINAL COM SPRAY PARA BAIXA ROTACAO, 01 TERMINAL PARA ALTA ROTACAO); PAINEL PAD COM NEGATOSCOPIO ACOPLADO; MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXIVEIS; SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMATICO INDIVIDUAL; CONSTRUÍDO EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, PUXADOR BILATERAL COM ACIONAMENTO PNEUMATICO, SISTEMA FLUSH PARA DESINFECCAO INTERNA DAS MANGUEIRAS; TAMPO DE INOX REMOVIVEL; RESERVATORIO DE AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 800 ML (PARA AS PECAS DE MAO, SERINGA TRIPLICE E SISTEMA FLUSH), TRANSLUCIDO E DE PRESSURIZACAO AUTOMATICA. CUBA EM CERAMICA, REMOVIVEL E COM RALO E FILTRO PARA RETENCAO DE SOLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS; SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZAO DE AGUA; CORPO DA UNIDADE CONSTRUÍDO EM ACO MACICO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; ACIONAMENTO DE AGUA ATRAVES SENSOR DE PROXIMIDADE QUE ACIONA AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE AGUA NA CUSPIDEIRA; UNIDADE DE AGUA E CUBA REBATIVEL; CORPO REVESTIDO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ABS; MANGUEIRAS ARREDONDADAS, LEVES, FLEXIVEIS, E ENGATE RÁPIDO QUE CONECTAM E DESCONECTAM FACILMENTE; TERMINAL SUGADOR VAC PLUS E TERMINAL SUGADOR BOMBA DE VÁCUO.REFLETOR ODONTOLÓGICO: CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS; PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL, CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE, PROTEGE O SISTEMA ÓPTICO CONTRA AEROSSÓIS; SISTEMA ÓPTICO COM 5 LEDS; INTENSIDADE MÍNIMA DE 15.000 LUX.PEDAL DE COMANDO FIXO NA BASE DA CADEIRA E MULTIFUNCIONAL, ACIONANDO MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR; OPÇÃO VOLTA		
---	--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2025 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBÍLIAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

A ZERO PARA RETORNAR À POSIÇÃO INICIAL DIRETAMENTE; PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÃO E CORRENTE; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO REFLETOR AO PRESSIONAR A TECLA VOLTA A ZERO; DEVERÁ CONTEMPLAR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; DEVERÁ ACOMPANHAR CATÁLOGO CADASTRADO NA ANVISA; DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES; A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DO OBJETO, ATRAVÉS DE EMPRESA AUTORIZADA PELO FABRICANTE, QUE TAMBÉM FICARÁ RESPONSÁVEL PELAS MANUTENÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA GARANTIA; CASO A EMPRESA ENCARREGADA PELA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÕES DE GARANTIA SEJA DE OUTRO ESTADO, NA ASSINATURA DO CONTRATO, A EMPRESA E/OU O RESPONSÁVEL TÉCNICO COM SEDE OU ACERVO TÉCNICO DE OUTRO ESTADO, DEVERÃO APRESENTAR O REGISTRO DE REGULARIDADE COM VISTO NO CREA/CFT/CRT/ES, CONFORME LEI Nº 5.194/66 E RESOLUÇÕES 266/79 E 413/97 DO CONFEA E Nº 13.639/2018. Justificativa: o produto apresentado na proposta readequada (PRIME WELT-CX8000) é diferente do produto informado na relação de vencedores por Lote do Portal de Compras Públicas (PRIME ONE DENTEMED), não foi apresentado o Registro do produto na ANVISA para consulta de catálogo e manual do usuário.		
--	--	--

EMPRESA: M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 32.593.430/0001-50		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 009 – CADEIRA DE RODA OBESO CONFECCIONADO DE ACO/FERRO PINTADO BRACOS E PES FIXO. POSSUI ELEVACAO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO	PROLIFE / PLUS	APROVADA
Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.		
LOTE 015 – CARRO MACA SIMPLES CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL COM SUPORTE DE SORO, GRADES LATERAIS E COLCHONETE	LIFENOX / PADIOLA	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2025 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBÍLIAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.		
LOTE 018 – DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO COM RECURSOS INTEGRADOS DE MONITOR ECG (COM DISPLAY); TIPO ONDA BIFÁSICA; MEMÓRIA PARA GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 80 EVENTOS OU 2H DE ECG; ALIMENTAÇÃO BATERIA LÍTIO RECARREGÁVEL; CAPACIDADE BATERIA MÍNIMO DE 200 DESCARGAS DE 200J; ACOMPANHADA DE PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS (COM COMPRIMENTO DE CABO DE, NO MÍNIMO, 1,5); COM AUXÍLIO AO USUÁRIO POR IMAGENS E MENSAGEM DE TEXTO E VOZ; TIPO MÓDULO PORTÁTIL; COM MALETA PARA TRANSPORTE DEVIDAMENTE DESENVOLVIDA PARA O EQUIPAMENTO; ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE ADULTO OU CRIANÇA; AVALIAÇÃO AUTOMÁTICA DO ECG DO PACIENTE; IDENTIFICANDO A NECESSIDADE DO CHOQUE; VISOR QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO DO TRACADO DE ECG; AUXÍLIO SONORO (METRONOMO) PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO RCP; ANÁLISE AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE PARA AJUSTE DA FORMA DA ONDA, APRESENTANDO ENERGIA DE ATÉ 200 J E APRESENTANDO ENERGIA PARA CRIANÇAS DE 50J (SEGUNDO PROTOCOLO DA AMERICAN HEART ASSOCIATION); EXECUTAR AUTO TESTES PERIÓDICOS DE DISPONIBILIDADE DE BATERIA, DOS CIRCUITOS INTERNOS, DO SOFTWARE E DA PRESENÇA DE ELETRODOS OU DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO; DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NA ANVISA; DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS: ELETRODOS ADESIVOS MULTIFUNÇÃO ADULTO COM IDENTIFICAÇÃO DE POSICIONAMENTO NO PACIENTE; BOLSA APROPRIADA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DO DESFIBRILADOR – ÍNDICE DE PROTEÇÃO IPX 56 - TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RITMO ATÉ A PRONTIDÃO PARA DESCARGA: 20 S; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA OPERAÇÃO ATÉ A PRONTIDÃO PARA DESCARGA NA ENERGIA MÁXIMA: 25 S. ACOMPANHA ACESSÓRIO QUE AUXILIA E ORIENTA A APLICAÇÃO DO RCP; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	CMOS DRAKE / ALIVE	REPROVADA
Justificativa: o modelo apresentado não possui grau de proteção IPX 56, ausência de informações sobre memória para gravação de eventos no próprio aparelho, não possui bateria com capacidade para no mínimo 200 descargas de 200J, ausência de informações acerca do tempo máximo para descarga.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2025 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBÍLIAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

LOTE 022 – FOCO CLINICO HASTE FLEXIVEL E TUBO DE ALTURA AJUSTAVEL (MINIMO 1,00M MAXIMO 1,60M); COM DESIGN MODERNO E DE EXCELENTE LUMINOSIDADE; ILUMINACAO POR LAMPADA DE LED DE 12V X 3W (MINIMO), DE VIDA UTIL MINIMA DE 15.000H; FREQUENCIA (HZ): 50HZ/60HZ; SISTEMA LUMINOSO COMPOSTO POR LEDS COM TEMPERATURA DE COR DE 5.000 A 6.000 KELVIN; ESTRUTURA TUBULAR COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA; MONTADO SOBRE RODIZIOS DE TERMOPLASTICO DE GRANDE DURABILIDADE; TENSÃO DE ALIMENTACAO SELECIONAVEL EM 110 OU 220 VOLTS; O EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR ENQUADRADO NAS NORMAS ABNT NBR IEC 60601-2-41:2012+EMENDA 1:2014; POSSUIR PELO MENOS IP50; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO Justificativa: o produto apresentado não informa potência mínima da lâmpada em “volts” e “watts”, não informa vida útil mínima da lâmpada, não informa a temperatura da cor da lâmpada em “kelvin”.	LIFENOX / LED	REPROVADA
LOTE 034 – OTOSCOPIO SIMPLES OTOSCOPIO COM TRANSMISSAO DA LUZ POR FIBRA OPTICA; POSSUIR LAMPADA DE LED DE NO MINIMO 2.5V COM VIDA UTIL MINIMA DE 50.000 HORAS; LENTE GIRATORIA COM AUMENTO MINIMO DE 3 VEZES; CABECA ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS; ACIONAMENTO ATRAVES DE BOTAO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO E CABO EM METAL PARA 2 PILHAS ALCALINAS AA; ACOMPANHA ESTOJO MACIO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. Justificativa: o produto apresentado não possui lente com aumento mínimo de 03 vezes.	MIKATOS / PORTÁTIL	REPROVADA

EMPRESA: NOVA INSTRUMENTOS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA CNPJ: 12.561.319/0001-75		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 013 – CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS 280 A 300 LITROS CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS 280 A 300 LITROS CAPACIDADE/PORTA: DE 280 A 300 LITROS; 4 A 5 GAVETAS OU PRATELEIRAS; MATERIAL DE	NOVA INSTRUMENTS/ NOVA INSTRUMENTS NI 1760/280	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2025 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBÍLIAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

CONFECCAO (GABINETE INTERNO): ACO INOXIDAVEL 304; TEMPERATURA: ENTRE +20C E +80C; REFRIGERACAO POR COMPRESSOR HERMETICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULACAO FORCADO DE AR INTERNO, CONTRA PORTA; DEGELO SECO AUTOMATICO COM EVAPORACAO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL; SENSORES INTERNOS; PORTA DE VIDRO; ILUMINACAO INTERNA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA UTIL COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL; SISTEMA DE EMERGENCIA (BATERIA/NO BREAK); SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS PARA AUTONOMIA DE ATE 36 HORAS NA FALTA DE ENERGIA; 110V/BIVOLT E COM SISTEMA DE DISCADORA DE TELEFONE DE EMERGENCIA PARA NUMEROS PRE-PROGRAMADOS EM CASO DE VARIACAO DA TEMPERATURA OU FALTA DE ENERGIA ELETRICA; MANUAL DO PROPRIETARIO EM PORTUGUES; REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA MINIMA DE 01 ANO COM ASSISTENCIA TECNICA PARA CORRECAO DE DEFEITOS/MANUTENCAO CORRETIVA DURANTE A VIGENCIA DA GARANTIA. Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.		
---	--	--

EMPRESA: SETEFARMA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ: 47.094.421/0001-92		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 021 – ESCADA COM 2 DEGRAUS DE ACO INOXIDAVEL Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.	PRÓPRIA / ESCADA 2 DEGRAUS INOX	APROVADA
LOTE 024 – MESA AUXILIAR 40 X 40 X 80CM INOX DIMENSOES MINIMA 40 X 40 X 80 (CM), MATERIAL DE CONFECCAO EM ACO INOXIDAVEL, COM RODIZIOS Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.	PRÓPRIA / MESA AUXILIAR INOX 40X40X80CM	APROVADA
LOTE 029 – MESA DE MAYO EM ACO INOX - EM INOX COM ESTRUTURA E BANDEJA DE INOX E REGULAGEM DE ALTURA; PES EM ACO INOXIDAVEL COM ALTURA	PRÓPRIA / MESA MAYO INOX	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2025 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBÍLIAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS****1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

REGULAVEL DE ATE 130 CM, COM RODIZIOS; BASE CONSTRUIDA EM TUBO DE ACO INOX REDONDO SUPORTE PARA BANDEJA C/ HASTE DE ALTURA REGULAVEL EM ACO INOX; ACOMPANHA 01 BANDEJA INOX REMOVIVEL DE APROXIMADAMENTE 40X30CM; ALTURA AJUSTAVEL POR MEIO DE MANIPULO; 03 PES COM RODIZIOS GIRATORIOS. Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.		
LOTE 038 – SUPORTE PARA SORO MATERIAL DE ESTRUTURA EM ACO INOX; COM NO MINIMO 04 GANCHOS PARA BOLSAS DE SORO; REGULAGEM APROXIMADA DE ALTURA ENTRE 1,20M (OU MENOR) A 2M (OU MAIOR); BASE COM NO MINIMO 04 RODIZIOS; GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.	ORTOMED / SUPORTE P/ SORO INOX	APROVADA

EMPRESA: TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 45.806.034/0001-06		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 006 – BIOMBO ODONTOLOGICO PLUMBIFERO RETO, COM PROTECAO DE CHUMBO; ESPESSURA DE 1MM; CONSTRUIDO EM ESTRUTURA DE ACO OU ALUMINIO; MEDIDAS MINIMAS DA AREA DE PROTECAO: 50X50CM; ALTURA REGULAVEL; MONTADO SOBRE RODIZIOS; FATOR DE RESFRIAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.	DOCTORX / BIOMBO ODONTOLÓGI CO PLUMBÍFERO C/ CHUMBO	APROVADA
LOTE 031 – MOCHO ODONTOLOGICO MATERIAL DE CONFECCAO EM ACO CARBONO, COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA A GAS; COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO COM ESPUMA ESPESA, REVESTIDA EM LAMINADO EM PVC, DE FACIL ASSEPSIA Justificativa: o produto apresentado é confeccionado em couro ecológico, sendo que a descrição do produto	RENAFLEX / CADEIRA MOCHO PRETO ESTÉTICA ODONTOLOGI A	REPROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2025 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBÍLIAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**

1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS

solicita que seja material laminado em PVC.		
---	--	--

08 de agosto de 2025, Venda Nova do Imigrante/ES

TADEU SOSSAI
Secretário Municipal de Saúde