

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2025 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBÍLIAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS****2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

EMPRESA: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 37.885.137/0001-80		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 017 – COMPRESSOR DE AR USO PROFISSIONAL COMPRESSOR DE AR CONSTRUÍDO CONFORME A NR 13; USO PROFISSIONAL; COM POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR ELÉTRICO DE 2HP; COM RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 100 LITROS; TENSÃO 127/220V; DESLOCAMENTO TEÓRICO: L/MIN: 283 A 285, PES3/MIN: 10; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA: 140 PSI; NO MÍNIMO DOIS CILINDROS; ROTACÃO DA UNIDADE COMPRESSORA DE NO MÁXIMO 1000RPM; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; DEVERÁ SER EQUIPADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS, COMO MANÔMETROS, VÁLVULAS, FILTROS DE AR, PRESSOSTATO, DRENO, MANUAL DO USUÁRIO E CHAVE MAGNÉTICA COMPATÍVEL; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. Justificativa: o modelo apresentado não possui rotação da unidade compressora máxima de 1000RPM.	FIAC / F.ZERO XS100 10PCM	REPROVADA
LOTE 023 – INALADOR/NEBULIZADOR 04 SAÍDAS O NEBULIZADOR FOI PROJETADO PARA EMITIR NEVOA, OU SEJA, PARA TRANSFORMAR O MEDICAMENTO OU SORO FISIOLÓGICO EM PEQUENAS PARTÍCULAS, QUE PODERÃO SER INALADAS E ASSIM, CHEGAR MAIS FACILMENTE AS VIAS RESPIRATORIAS, ALIVIANDO E DESOBSTRUINDO A RESPIRAÇÃO; INDICADO PARA NEBULIZAÇÃO EM RESIDÊNCIA E CONSULTÓRIOS; REGISTRO ANVISA. ITENS INCLUSOS 01 APARELHO COMPRESSOR DE AR; 01 CONJUNTO NEBULIZADOR EM SACO PLÁSTICO CONTENDO TUBO ATÓXICO E COPO DOSADOR; 02 MÁSCARAS EM PVC ANATÔMICAS E ATÓXICAS. (01 ADULTO E 01 INFANTIL). 01 FOLHETO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; MOTOR: 1/30 HP CONSUMO DE ENERGIA: 70 / 80 W VOLTAGEM: 110 E 220 VOLTS (60 HZ) COMPRESSÃO: 40 LIBRAS (MÁXIMO) VAZÃO DE AR LIVRE: 15 LITROS / MIN VAZÃO DE AR COM NEBULIZADOR: 7,5 LITROS / MIN PARTÍCULAS: 0,5 A 8 MICRONS PESO: 1,8 KG Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.	MEDICATE / MD400BP	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2025 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBÍLIAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS****2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

LOTE 037 – SELADORA AUTOMATICA CONTINUA HORIZONTAL; PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO; DEVERA POSSUIR PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE DE TEMPERATURA DA SELAGEM E DE VELOCIDADE DA ESTEIRA; DEVERA SER DE USO SIMPLES, PODENDO SER OPERADA POR APENAS UMA PESSOA; DEVERA POSSUIR SISTEMA DE RESFRIAMENTO INTERNO EFICIENTE, AJUSTES DE VELOCIDADE E DE TEMPERATURA DA SELAGEM DE 0 A 300OC, PODENDO SER UTILIZADA PARA VARIAS ESPESSURAS DE EMBALAGENS; COM DATADOR E BOTAO DE EMERGENCIA; VOLTAGEM 110/BIVOLT; GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.	NAGANO / AUTOMATICA HORIZONTAL	APROVADA
---	---	-----------------

EMPRESA: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ:54.647.123/0001-48		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 007 – BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA POTENCIA DE 1HP, PERMITINDO OPERAR ATE 2 CONSULTORIOS SIMULTANEAMENTE. POSSUI FILTRO DE DETRITOS QUE GARANTE MAIOR SEGURANCA, EVITANDO DESGASTE E TRAVAMENTOS, AUMENTANDO A VIDA UTIL DO EQUIPAMENTO. A CONTAMINACAO DO AMBIENTE E EVITADA GRACAS AO SISTEMA DE DESCARGA DIRETA NO ESGOTO.COMPACTA E SILENCIOSA, PARA SER INSTALADA AO LADO DO SEU CONSULTORIO.400 MM /HG0,400L /MIN Justificativa: o modelo apresentado no CATÁLOGO trata-se de ½ CV (0,5HP), portanto, não atende ao mínimo de 1HP solicitado em Edital.	GG / MD600	REPROVADA

EMPRESA: Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli CNPJ: 07.626.776/0001-60		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 020 – ELETROCARDIOGRAFO COM 12 CANAIS ELETROCARDIOGRAFO COM AQUISICAO SIMULTANEA DE 12 DERIVACOES; IMPRESSORA TERMICA DE ALTA RESOLUCAO INTEGRADA AO EQUIPAMENTO, PARA PAPEL TERMO-REATIVO NO FORMATO A4; MULTIPLOS FORMATOS DE IMPRESSAO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS E TODAS CONFIGURAVEIS PAR MELHOR LEGIBILIDADE GRAFICA; ALIMENTACAO AC 100 A 240V AUTOMATICO E ATRAVES D BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, COM	MEDIKEE/ MEDIKEE MK-1212A	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2025 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBÍLIAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS****2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

AUTONOMIA APROXIMADA PARA 100 EXAMES; EQUIPAMENTO DEVE SER COMPACTO E DE FÁCIL MANUSEIO; TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO DA SENSIBILIDADE, VELOCIDADE, FILTROS FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORMAS DE IMPRESSÃO E DERIVAÇÕES; TECLADO DE MEMBRANA ALFA NUMÉRICO PARA ACESSO RÁPIDO DAS FUNÇÕES E ENTRADA DAS INFORMAÇÕES DO PACIENTE COMO NOME, IDADE, SEXO, ALTURA, PESO; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADOR; DETECÇÃO DE ELETRODO SOLTO; SOFTWARE INTERNO DE INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO ECG NA LÍNGUA PORTUGUESA E MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, INTERVALO PR, DURAÇÃO DO QRS QT/QTc, EIXOS P-R-T; PORTA RS232 E PARA COMUNICAÇÃO COM PC E LAN E POSSIBILITAR OS REGISTROS DE ECG VIA FAX; PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DOS EXAMES NO COMPUTADOR; DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO; 1 CABO PACIENTE DE 10 VIAS; 4 ELETRODOS DE MEMBROS TIPO CLIPE; 6 ELETRODOS PRECORDIAIS DE SUÇÃO; 1 TUBO DE GEL PARA ELETRODOS; 1 ROLO DE PAPEL TERMO-REATIVO; 6 ELETRODOS PRECORDIAIS COM PERA ISENTA DE LATEX; SOFTWARE EM PORTUGUÊS E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; DEVE APRESENTAR REGISTRO ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.		
--	--	--

EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI CNPJ: 06.189.855/0001-99		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 011 – CADEIRA ODONTOLÓGICA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO CONSULTÓRIO AMBIDESTRO E COM CAPACIDADE DE ELEVACÃO DE ATÉ 200 KG; BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE E QUE DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO; ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE; CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA; BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA; BRACO DE APOIO PARA O PACIENTE REBATÍVEL; SISTEMA DE ELEVACÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ; ENCOSTO DE	DABI ATLANTE / PERSONAL 1 + ADICIONAL	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2025 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBÍLIAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**

2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS

CABECA ANATOMICO, REMOVIVEL, BI-ARTICULAVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA. EQUIPO ODONTOLOGICO ACOPLADO A CADEIRA, BRACO ARTICULAVEL COM MOVIMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, COM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO PNEUMATICO PARA OS MOVIMENTOS VERTICAIS, ACIONADO POR BOTAO LOCALIZADO NO CORPO DO EQUIPO; TER NO MINIMO 3 TERMINAIS (01 SERINGA TRIPLICE, 01 TERMINAL COM SPRAY PARA BAIXA ROTACAO, 01 TERMINAL PARA ALTA ROTACAO); PAINEL PAD COM NEGATOSCOPIO ACOPLADO; MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXIVEIS; SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMATICO INDIVIDUAL; CONSTRUÍDO EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, PUXADOR BILATERAL COM ACIONAMENTO PNEUMATICO, SISTEMA FLUSH PARA DESINFECÇÃO INTERNA DAS MANGUEIRAS; TAMPO DE INOX REMOVIVEL; RESERVATORIO DE AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 800 ML (PARA AS PECAS DE MAO, SERINGA TRIPLICE E SISTEMA FLUSH), TRANSLUCIDO E DE PRESSURIZACAO AUTOMATICA. CUBA EM CERAMICA, REMOVIVEL E COM RALO E FILTRO PARA RETENCAO DE SOLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS; SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZAO DE AGUA; CORPO DA UNIDADE CONSTRUÍDO EM ACO MACICO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; ACIONAMENTO DE AGUA ATRAVES SENSOR DE PROXIMIDADE QUE ACIONA AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE AGUA NA CUSPIDEIRA; UNIDADE DE AGUA E CUBA REBATIVEL; CORPO REVESTIDO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ABS; MANGUEIRAS ARREDONDADAS, LEVES, FLEXIVEIS, E ENGATE RÁPIDO QUE CONECTAM E DESCONECTAM FACILMENTE; TERMINAL SUGADOR VAC PLUS E TERMINAL SUGADOR BOMBA DE VÁCUO.REFLETOR ODONTOLÓGICO: CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS; PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL, CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE, PROTEGE O SISTEMA ÓPTICO CONTRA AEROSSÓIS; SISTEMA ÓPTICO COM 5 LEDS; INTENSIDADE MÍNIMA DE 15.000		
---	--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2025 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBÍLIAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS****2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

LUX.PEDAL DE COMANDO FIXO NA BASE DA CADEIRA E MULTIFUNCIONAL, ACIONANDO MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR; OPÇÃO VOLTA A ZERO PARA RETORNAR À POSIÇÃO INICIAL DIRETAMENTE; PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÃO E CORRENTE; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO REFLETOR AO PRESSIONAR A TECLA VOLTA A ZERO; DEVERÁ CONTEMPLAR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; DEVERÁ ACOMPANHAR CATÁLOGO CADASTRADO NA ANVISA; DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES; A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DO OBJETO, ATRAVÉS DE EMPRESA AUTORIZADA PELO FABRICANTE, QUE TAMBÉM FICARÁ RESPONSÁVEL PELAS MANUTENÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA GARANTIA; CASO A EMPRESA ENCARGADA PELA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÕES DE GARANTIA SEJA DE OUTRO ESTADO, NA ASSINATURA DO CONTRATO, A EMPRESA E/OU O RESPONSÁVEL TÉCNICO COM SEDE OU ACERVO TÉCNICO DE OUTRO ESTADO, DEVERÃO APRESENTAR O REGISTRO DE REGULARIDADE COM VISTO NO CREA/CFT/CRT/ES, CONFORME LEI Nº 5.194/66 E RESOLUÇÕES 266/79 E 413/97 DO CONFEA E Nº 13.639/2018. Justificativa: o modelo apresentado atende às especificações do Edital, contudo, será avaliado no momento de entrega se todos os itens opcionais serão entregues conforme proposta e catálogos.		
---	--	--

EMPRESA: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A CNPJ: 03.620.716/0001-80		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 018 – DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO COM RECURSOS INTEGRADOS DE MONITOR ECG (COM DISPLAY); TIPO ONDA BIFASICA; MEMORIA PARA GRAVACAO DE NO MINIMO 80 EVENTOS OU 2H DE ECG; ALIMENTACAO BATERIA LITIO RECARREGAVEL; CAPACIDADE BATERIA MINIMO DE 200 DESCARGAS DE 200J; ACOMPANHADA DE PAS ADESIVAS DESCARTAVEIS (COM COMPRIMENTO DE CABO DE, NO MINIMO, 1,5); COM AUXILIO AO USUARIO POR IMAGENS E MENSAGEM DE TEXTO E VOZ; TIPO	CMOS DRAKE / DEA LIFE 400 FUTURA	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2025 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBÍLIAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS****2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

MODULO PORTATIL; COM MALETA PARA TRANSPORTE DEVIDAMENTE DESENVOLVIDA PARA O EQUIPAMENTO; ADAPTAVEL A QUALQUER PACIENTE ADULTO OU CRIANCA; AVALIACAO AUTOMATICA DO ECG DO PACIENTE; IDENTIFICANDO A NECESSIDADE DO CHOQUE; VISOR QUE POSSIBILITE A VISUALIZACAO DO TRACADO DE ECG; AUXILIO SONORO (METRONOMO) PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO RCP; ANALISE AUTOMATICA DA IMPEDANCIA TORACICA DO PACIENTE PARA AJUSTE DA FORMA DA ONDA, APRESENTANDO ENERGIA DE ATÉ 200 J E APRESENTANDO ENERGIA PARA CRIANÇAS DE 50J (SEGUNDO PROTOCOLO DA AMERICAN HEART ASSOCIATION); EXECUTAR AUTO TESTES PERIODICOS DE DISPONIBILIDADE DE BATERIA, DOS CIRCUITOS INTERNOS, DO SOFTWARE E DA PRESENÇA DE ELETRODOS OU DE NECESSIDADE DE MANUTENCAO; DEVERA POSSUIR REGISTRO NA ANVISA; DEVERA VIR ACOMPANHADO DOS ACESSORIOS: ELETRODOS ADESIVOS MULTIFUNCAO ADULTO COM IDENTIFICACAO DE POSICIONAMENTO NO PACIENTE; BOLSA APROPRIADA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DO DESFIBRILADOR – INDICE DE PROTECAO IPX 56 - TEMPO MAXIMO DESDE O INICIO DA ANALISE DO RITMO ATÉ A PRONTIDAO PARA DESCARGA: 20 S; TEMPO MAXIMO DESDE O INICIO DA OPERACAO ATÉ A PRONTIDAO PARA DESCARGA NA ENERGIA MAXIMA: 25 S. ACOMPANHA ACESSORIO QUE AUXILIA E ORIENTA A APLICACAO DO RCP; GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. Justificativa: o modelo apresentado atende às especificações do Edital.		
---	--	--

EMPRESA: D&D Empreendimentos Comerciais Ltda CNPJ:07.994.516/0001-48		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 022 – FOCO CLINICO HASTE FLEXIVEL E TUBO DE ALTURA AJUSTAVEL (MINIMO 1,00M MAXIMO 1,60M); COM DESIGN MODERNO E DE EXCELENTE LUMINOSIDADE; ILUMINACAO POR LAMPADA DE LED DE 12V X 3W (MINIMO), DE VIDA UTIL MINIMA DE 15.000H; FREQUENCIA (HZ): 50HZ/60HZ; SISTEMA LUMINOSO COMPOSTO POR LEDS COM TEMPERATURA DE COR DE 5.000 A 6.000 KELVIN; ESTRUTURA TUBULAR COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA; MONTADO SOBRE RODIZIOS DE TERMOPLASTICO DE	HOSPITALAR E / HSP 1024	APROVADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2025 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBÍLIAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS****2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

GRANDE DURABILIDADE; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 VOLTS; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR ENQUADRADO NAS NORMAS ABNT NBR IEC 60601-2-41:2012+EMENDA 1:2014; POSSUIR PELO MENOS IP50; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO		
Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.		
LOTE 031 – MOCHO ODONTOLÓGICO MATERIAL DE CONFEÇÃO EM AÇO CARBONO, COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS; COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO COM ESPUMA ESPESSA, REVESTIDA EM LAMINADO EM PVC, DE FÁCIL ASSEPSIA	HOSPITALAR E / HSP 2013	APROVADA
Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.		

EMPRESA: YOU CARE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA CNPJ: 56.066.880/0001-53		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 034 – OTOSCOPIO SIMPLES OTOSCOPIO COM TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA; POSSUIR LÂMPADA DE LED DE NO MÍNIMO 2.5V COM VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS; LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO MÍNIMO DE 3 VEZES; CABEÇA ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO E CABO EM METAL PARA 2 PILHAS ALCALINAS AA; ACOMPANHA ESTOJO MACIO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	DOCTOR DEVICES / BR-101 -105 / ANVISA 80901110035	APROVADA
Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.		
LOTE 035 – OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL OXÍMETRO PORTÁTIL, SATURAÇÃO PERIFÉRICA OXIGÊNIO, 110/220V, AUTONOMIA MÍNIMA DE 4H, SATURAÇÃO 40 A 100%, 30 A 220BPM, DISPLAY LED OU CRISTAL.	CREATIVE / PC-66B / ANVISA 80102519128	APROVADA
Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2025 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBÍLIAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**

2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS

EMPRESA: Redalmus Comercial Ltda CNPJ: 27.347.244/0001-00		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 012 – CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO QUADRADO; ASSENTO EM CONCHA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA; APOIO PARA BRACOS ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN BRANCO; COM REGULAGEM DE ALTURA; PES COM PONTEIRA PLASTICAS; ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO Justificativa: o produto apresentado atende às especificações do Edital.	SALUTEM / S-8354-B	APROVADA

18 de agosto de 2025, Venda Nova do Imigrante/ES

TADEU SOSSAI
Secretário Municipal de Saúde