

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2025 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
MOBÍLIAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS****3º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS PROSPECTOS**

EMPRESA: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ:54.647.123/0001-48		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 017 – COMPRESSOR DE AR USO PROFISSIONAL COMPRESSOR DE AR CONSTRUÍDO CONFORME A NR 13; USO PROFISSIONAL; COM POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR ELÉTRICO DE 2HP; COM RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 100 LITROS; TENSÃO 127/220V; DESLOCAMENTO TEÓRICO: L/MIN: 283 A 285, PES3/MIN: 10; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA: 140 PSI; NO MÍNIMO DOIS CILINDROS; ROTACÃO DA UNIDADE COMPRESSORA DE NO MÁXIMO 1000RPM; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; DEVERÁ SER EQUIPADO COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS, COMO MANÔMETROS, VÁLVULAS, FILTROS DE AR, PRESSOSTATO, DRENO, MANUAL DO USUÁRIO E CHAVE MAGNÉTICA COMPATÍVEL; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. Justificativa: o modelo apresentado não possui rotação da unidade compressora máxima de 1000RPM.	MOTOMIL/ OMO-20- 100BR	REPROVADA

EMPRESA: HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA CNPJ: 55.240.499/0001-04		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 007 – BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA POTÊNCIA DE 1HP, PERMITINDO OPERAR ATÉ 2 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. POSSUI FILTRO DE DETRITOS QUE GARANTE MAIOR SEGURANÇA, EVITANDO DESGASTE E TRAVAMENTOS, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE É EVITADA GRACAS AO SISTEMA DE DESCARGA DIRETA NO ESGOTO.COMPACTA E SILENCIOSA, PARA SER INSTALADA AO LADO DO SEU CONSULTÓRIO.400 MM /HGO,400L /MIN Justificativa: o modelo apresentado atende às especificações do Edital.	ULTRAPUMP	APROVADA

18 de agosto de 2025, Venda Nova do Imigrante/ES

TADEU SOSSAI
Secretário Municipal de Saúde